



211112050173

第 1 页 共 4 页

SYJC/HT2024111407



舜虞检测
SHUNYU TESTING

检 测 报 告

样品类别

地下水

项目名称

浙江赛亚化工材料有限公司

委托检测

委托单位

浙江赛亚化工材料有限公司

浙江舜虞检测技术有限公司



-

E-mail:139581204@qq.com

浙江舜虞检测技术有限公司

检测报告

检测类别: 委托检测

样品类别: 地下水

委托单位: 浙江赛亚化工材料有限公司

委托单位地址: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号

受检单位: 浙江赛亚化工材料有限公司

项目地址: 浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路 1 号

来样方式: 企业自送

采样/接样日期: 2024/11/14

检测地点: 本公司实验室

分析日期: 2024/11/14-18

检测方法依据/检测仪器:

pH 值: 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020/EQ-328 pH 计 PHS-25

硫化物: 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021/EQ-030 紫外可见分光光度计 TU-1901

氯离子: 水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016/EQ-118 离子色谱仪戴安 ICS-1000

砷: 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014/EQ-185 原子荧光光度计 AFS-8220

苯: 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012/EQ-158 气相色谱仪/质谱联用仪 7820A/5977B

采样仪器: /

检测结果: 见下表

地下水检测结果表

接样日期	外部编号	样品编号	样品性状	检测结果				
				pH 值 (无量纲)	硫化物 (mg/L)	氯离子 (mg/L)	砷 (µg/L)	苯 (µg/L)
2024/11/14	1#	W241114070001	浅黄微浑	6.8 (水温 25.3℃)	< 0.003	25.8	13.5	< 1.4
	2#	W241114070002	浅黄微浑	6.9 (水温 25.3℃)	< 0.003	27.2	5.0	< 1.4
	3#	W241114070003	浅黄微浑	6.7 (水温 25.3℃)	< 0.003	32.0	10.7	< 1.4
	4#	W241114070004	无色微浑	6.5 (水温 25.3℃)	< 0.003	19.4	5.5	< 1.4
	对照点	W241114070005	无色澄清	6.6 (水温 25.3℃)	< 0.003	15.6	3.6	< 1.4

编制人: 张梦娜 审核人: 陈福明 批准人: 夏志军

签发日期: 2024.11.21

-----以下无正文，空白-----

